

浙江师范大学单一来源采购专家论证意见表

项目基本情况	项目名称或采购内容		近红外脑功能成像仪光模块配件维修	
	预算金额（万元）		35.7	
	生产商/制造商		富士医疗技术服务(上海)有限公司	
	生产商/制造商地址		上海市浦东新区金海路 1000 号 30 幢 2 层、6 层 602 室	
	代理商			
	代理商地址			
专家论证意见	姓名	赛李阳	工作单位	杭州师范大学
	职称	副教授	工作电话	0571-28865586
	根据政府单一来源采购规定第三十一条，本项目“近红外脑功能成像仪光模块配件维修”的情况符合第一、第三条： 即该维修项目是针对该单位目前在用的近红外脑功能成像仪 ETG-4000 的光纤等模块配件的维修，只能从唯一供应商处采购并完成维修；维修部件的型号参数须与原有的设备与部件参数保持一致，才能保证仪器恢复正常运行采集到准确的实验数据，以及维修后的持续维护，而满足上述要求的仅有该设备的唯一供应商富士医疗技术服务(上海)有限公司；且该项目的维修金额不超过原有仪器设备购置金额（四百一十万元整）的百分之十。 综上所述，该项目符合单一来源采购的标准，因此只能采用单一来源方式采购。 专家签名： 赛李阳 2024 年 6 月 28 日			

说明：

1. 需有三位非本单位、职称为副高以上的专家进行论证。

2. 专家应围绕“必须单一来源采购”的理由进行论证说明，意见末尾应得出肯定性结论（必须/只能采用单一来源方式采购），并签名。

3. 三位专家形成三份论证意见。

浙江师范大学单一来源采购专家论证意见表

项目基本情况	项目名称或采购内容		近红外脑功能成像仪光模块配件维修	
	预算金额（万元）		35.7	
	生产商/制造商		富士医疗技术服务(上海)有限公司	
	生产商/制造商地址		上海市浦东新区金海路 1000 号 30 幢 2 层、6 层 602 室	
	代理商			
	代理商地址			
专家论证意见	姓名	林晓虹	工作单位	杭州师范大学
	职称	副教授	工作电话	0571-28865586
	经调研了解情况，本项目“近红外脑功能成像仪光模块配件维修”的情况符合单一来源采购标准，具体如下： 1. 该台近红外脑功能成像仪 ETG-4000 的光模块故障，维修所需光模块及配件属于高精密配件，其它品牌无法适配，无法通用，只能由原厂才能提供同型号原配件，并做出服务质量承诺，同时保证原有采购项目一致性和实验数据准确性，因此只能由原厂进行维修。 2. 原厂维修避免造成维修中对机器的其它损坏，原厂技术人员拥有资质及授权对设备进行拆解维修。 综上：此次维修为保证实验数据准确性及机器正常使用，唯一维修方案为从原厂购买维修服务。符合政府单一来源采购规定第三十一条，因此该项目只能采用单一来源方式采购。			
	专家签名：林晓虹 2024 年 6 月 28 日			

说明：

1. 需有三位非本单位、职称为副高以上的专家进行论证。

2. 专家应围绕“必须单一来源采购”的理由进行论证说明，意见末尾应得出肯定性结论（必须/只能采用单一来源方式采购），并签名。

3.三位专家形成三份论证意见。

浙江师范大学单一来源采购专家论证意见表

项目基本情况	项目名称或采购内容		近红外脑功能成像仪光模块配件维修	
	预算金额（万元）		35.7	
	生产商/制造商		富士医疗技术服务(上海)有限公司	
	生产商/制造商地址		上海市浦东新区金海路 1000 号 30 幢 2 层、6 层 602 室	
	代理商			
	代理商地址			
专家论证意见	姓名	胡超	工作单位	广州大学
	职称	副教授	工作电话	020-39366750
	本项目“近红外脑功能成像仪光模块配件维修”情况如下： 1. 该单位的近红外脑功能成像仪 ETG4000 已运行多年，承担多项重要科研任务，而光模块属于核心部件，是信号采集的唯一通道，因此该备件的维修和维护极为关键。为确保维修后为同型号原配件，保证未来实验数据质量的可靠性和稳定性，光模块须由原厂实施维修。 2. 根据政府单一来源采购规定：(一)只能从唯一供应商处采购的；(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 该仪器的实际情况符合该项目的情况符合政府单一来源采购规定第三十一条，因此该项目只能采用单一来源方式采购。 专家签名：胡超 2024 年 6 月 28 日			

说明：

1. 需有三位非本单位、职称为副高以上的专家进行论证。

2. 专家应围绕“必须单一来源采购”的理由进行论证说明，意见末尾应得出肯定性结论（必须/只能采用单一来源方式采购），并签名。

3. 三位专家形成三份论证意见。