

浙江师范大学单一来源采购专家论证意见表

项目基本情况	项目名称或采购内容		医用 X 射线摄影系统维保服务	
	预算金额 (万元)		28	
	生产商/制造商		深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	
	生产商/制造商地址		深圳市南山区科技南十二路迈瑞大厦	
	代理商		杭州浩汛贸易有限公司	
	代理商地址		杭州滨江区浦沿街道龙禧硅谷广场	
专家论证意见	姓名	张明贵	工作单位	金华市中医医院
	职称	副主任医师	工作电话	15958962008
	该数字化X线摄影(DR)机购于2014年,使用年限较长,市场上针对该设备的配件稀少,为保障设备维修的质量和时效,建议使用原厂维保,并只能使用单一来源方式采购。 专家签名: 张明贵 2023年10月13日			

说明:

1. 需有三位非本单位、职称为副高以上的专家进行论证。
2. 专家应围绕“必须单一来源采购”的理由进行论证说明,意见末尾应得出肯定性结论(必须/只能采用单一来源方式采购),并签名。
3. 三位专家形成三份论证意见。

浙江师范大学单一来源采购专家论证意见表

项目基本情况	项目名称或采购内容		医用 X 射线摄影系统维保服务	
	预算金额 (万元)		28	
	生产商/制造商		深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	
	生产商/制造商地址		深圳市南山区科技南十二路迈瑞大厦	
	代理商		杭州浩汛贸易有限公司	
	代理商地址		杭州滨江区浦沿街道龙禧硅谷广场	
专家论证意见	姓名	应明亮	工作单位	金华市中心医院
	职称	主任医师	工作电话	13506585122
	该医院医用X线摄影(DR)机购于2014年,使用年限较长,设备较陈旧,市场上对该DR机的配件稀少,由故障设备维修的质量和时间性,文建议必须/只能采用单一来源采购。			
	专家签名:  2023 年 10 月 13 日			

说明:

1. 需有三位非本单位、职称为副高以上的专家进行论证。
2. 专家应围绕“必须单一来源采购”的理由进行论证说明,意见末尾应得出肯定性结论(必须/只能采用单一来源方式采购),并签名。
3. 三位专家形成三份论证意见。

浙江师范大学单一来源采购专家论证意见表

项目基本情况	项目名称或采购内容		医用 X 射线摄影系统维保服务	
	预算金额 (万元)		28	
	生产商/制造商		深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	
	生产商/制造商地址		深圳市南山区科技南十二路迈瑞大厦	
	代理商		杭州浩汛贸易有限公司	
	代理商地址		杭州滨江区浦沿街道龙禧硅谷广场	
专家论证意见	姓名	黄宏伟	工作单位	金华市中心医院
	职称	副主任医师	工作电话	13738936659
	该数字化X线摄影系统(DR)已于2014年,至今为止已经使用9年余,该机器比较老旧,其配件目前在市场上非常稀少,仅有该产品的生产商提供,其余产品厂家无法替代,为保障该设备正常运行及维护,建议使用原厂配件维保并只能采用单一来源方式采购。 专家签名: 黄宏伟 2023 年 10 月 13 日			

说明:

1. 需有三位非本单位、职称为副高以上的专家进行论证。
2. 专家应围绕“必须单一来源采购”的理由进行论证说明,意见末尾应得出肯定性结论(必须/只能采用单一来源方式采购),并签名。
3. 三位专家形成三份论证意见。